

О СЕРТИФИКАЦИИ УСТАНОВОК СЕРИИ МИКРОН ПРОИЗВОДСТВА НПП ЭНЕРГОЭЛЕКТРОНИКА

Установки серии МИКРОН производства НПП ЭнергоЭлектроника НЕ ПОДЛЕЖАТ обязательной сертификации и декларированию, а также предназначены для использования **вне сферы государственного регулирования**, т.е. НЕ ПОДЛЕЖАТ обязательному внесению в госреестр средств измерений (в госреестр СИ).

Тем не менее, в 2012 г. установки серии МИКРОН были внесены в ДОБРОВОЛЬНОМ порядке в госреестр СИ под № 51467-12 для официального признания указанных установок как СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. В период действия свидетельства об утверждении типа установок МИКРОН с 2012 г. по 2017 г. установки МИКРОН могли подвергаться как поверке в соответствии с ФЗ-102, так и калибровке в соответствии с ФЗ-102. По окончании действия свидетельства об утверждении типа установок МИКРОН (с 2017 г.) установки МИКРОН подвергаются только калибровке в соответствии с ФЗ-102.

Продление свидетельства об утверждении типа оказалось нецелесообразным. Для значительного круга заказчиков оказалась вполне достаточной калибровка, регламентированная ФЗ-102, поскольку калибровка производится аналогично поверке и по методике калибровки, идентичной методике поверки. Окончание действия свидетельства об утверждении типа установок МИКРОН означает лишь только утрату права на поверку, которая успешно заменяется калибровкой, право на калибровку **остаётся** и официальное признание установок МИКРОН как СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ **остаётся**. Пока существует госреестр СИ, будет существовать описание типа установок МИКРОН, официально утвержденное Росстандартом.

Поэтому официальным документом, подтверждающим качество установок МИКРОН является СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ. Сертификат о калибровке выдается не в единственном экземпляре на всю выпускаемую продукцию (как это делается в случае обычной сертификации), а на КАЖДЫЙ выпускаемый экземпляр установок МИКРОН, т.е. КАЖДЫЙ экземпляр подвергается испытанию на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Сертификат о калибровке в зависимости от пожелания заказчика может быть выдан либо производителем, либо иной организацией, имеющей соответствующую компетенцию и оборудование, например ФБУ Уралтест (ФБУ Уралтест – это организация, подведомственная Росстандарту).

Какие либо иные документы, подтверждающие качество установок серии МИКРОН, будут в данном случае не только избыточными, т.е. будут нести практически дублирующую информацию, но и недостаточно информативными. Каждый сертификат о калибровке, кроме качественного описания (что установки МИКРОН производятся в соответствии с утвержденным Росстандартом описанием типа установок МИКРОН) имеет еще и **количественные** показатели испытаний, указанные в протоколе калибровки (протокол калибровки является приложением к сертификату о калибровке). Т.е. сертификат о калибровке является БАЗОВЫМ документом, подтверждающим качество установок серии МИКРОН.

Тем не менее, по желанию заказчика за дополнительную плату возможно оформление прочих видов документов, подтверждающих качество установок серии МИКРОН. Наши партнеры (сертификационная компания) могут сделать практически любой вид сертификации, декларирования и аттестации, в т.ч. зарубежных видов сертификации.